

Základná neodkladná resuscitácia & automatizovaná defibrilácia



Skontrolujte vedomie

Jemne postihnutým zatrasťe
Hlasno ho oslovte: "Ste v poriadku?"



Ak nereaguje

Spriechodnite dýchacie cesty zákonom hlavy a skontrolujte dýchanie


**Ak nedýcha normálne
alebo nedýcha vôbec**

Ak normálne dýcha

**Volajte 155 a prineste AED
(ak je k dispozícii)**

* Otočte postihnutého do
zotavovacej polohy na boku

- Volajte 155
- Neustále kontrolujte, či normálne dýcha




Ihneď začnite s resuscitáciou

Položte svoje ruky na stred hrudníka

Hrudník stláčajte do hĺbky 5 - 6 cm frekvenciou 100 - 120 / min

Ak máte k dispozícii - použite asistenta nepriamej masáže srdca pre správnu kompresiu hrudníka



Zapnite AED a nalepte elektródy

Postupujte bezodkladne podľa hlasových pokynov prístroja

Nalepte jednu elektródu pod ľavej podpazušie, nalepte druhú elektródu pod pravú kľúčnu kosť, vpravo od hrudnej kosti, tak ako je znázornené na elektródach

Ak je namieste viac záchrancov, neprerušujte KPR počas nalepovania elektród



Odstúpte a vykonajte defibrilácie

Postihnutého sa nikto nesmie dotýkať:

- počas analýzy srdcového rytmu
- pri defibrilačnými výboji

Resuscitáciu ukončíte, ak sa postihnutý začne prebúdzat' (hýbe sa, otvára oči a normálne dýcha).

Ak zostáva v bezvedomí a normálne dýcha, otočte ho do zotavovacej polohy.

Defibrilačné elektródy ponechajte nalepené do príchodu ZSS.